



**COMPANHIA POTIGUAR DE GÁS - POTIGÁS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

CIRCULAR 01

PEDIDOS DE ESCLARECIMENTO E RESPOSTAS

A Comissão Permanente de Licitação (CPL), nos termos do item 3.2 do Edital da Licitação Presencial - LP Nº 016/2023, vem apresentar os questionamentos tempestivamente apresentados até o momento e suas respostas.

Para as perguntas de cunho técnico, a CPL diligenciou junto a área demandante (Gerência de Operação e Manutenção), responsável pela elaboração do Projeto Básico da licitação.

A seguir serão apresentadas as datas dos envios dos questionamentos, os conteúdos dos mesmos e, por fim, as respostas.

1. **DIA 30/10/2023 às 15h32min, com confirmação de recebimento em 31/10/2023 às 12h00min (PEDIDO DE ESCLARECIMENTO 01)**

PERGUNTA 1:

Com relação ao edital acima, e estando interessado na participação do processo licitatório, vimos consultar vs.sias. sobre o que se segue abaixo:

Considerando que os equipamentos a TRANSMISSOR DE NÍVEL – VASO ODORIZADOR, a serem ofertados são fabricados com o **Tamanho Nominal da Conexão ao Processo no diâmetro de ¾" como padrão**, e dessa forma atendendo conforme a descrição contida no **ANEXO A – ESPEC. TÉCNICA / Folha de Dados para a Estação de GOIANINHA/RN**, e pelo fato das Conexões ao Processo das Estações de **MACAÍBA/RN e MOSSORÓ/RN** serem de 2", se podemos efetuar o fornecimento e instalação para essas duas Estações com o adaptador para 2", garantindo o seu perfeito funcionamento, haja visto ser turn key esse tipo de fornecimento.

6.1.1. FOLHA DE DADOS - KM140 - MACAÍBA/RN

TAMANHO NOMINAL DA CONEXÃO AO PROCESSO - 2"

6.1.2. FOLHA DE DADOS - KM188 - GOIANINHA/RN

TAMANHO NOMINAL DA CONEXÃO AO PROCESSO - 3/4"

6.1.3. FOLHA DE DADOS - KM118 - MOSSORÓ/RN

TAMANHO NOMINAL DA CONEXÃO AO PROCESSO - 2"

RESPOSTA, pela área demandante:

Devido a criticidade do fluido de processo mantido armazenado nos vasos, o instrumento deve ser

fornecido, preferencialmente, com a conexão de processo compatível com o vaso de mercaptana.

Soluções alternativas, como a utilização de adaptadores para instalação ao processo, serão permitidas, **desde que o fornecedor garanta a estanqueidade do processo**, além das demais características técnicas, conforme disposto no Anexo – Especificação Técnica.

São esses os esclarecimentos prestados.

ASSINADO ELETRONICAMENTE POR:

Aline Polliana Lobato Ribeiro Teixeira Lima

Membro Titular da CPL

Referência: Processo nº 05310019.001113/2023-01

SEI nº 23110536



Documento assinado eletronicamente por **Aline Polliana Lobato Ribeiro Teixeira Lima, Membro da Comissão Permanente de Licitação**, em 01/11/2023, às 08:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 4º do [Decreto nº 27.685, de 30 de janeiro de 2018](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.rn.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **23110536** e o código CRC **F39A981C**.

Criado por [aline.polliana](#), versão 2 por [aline.polliana](#) em 01/11/2023 08:33:01.